Manometría e Instrumentación

AENOR ER Empresa Registrada

CERTIFICAT D'ÉTALONNAGE

S/DIN 50049 3.1.02.1

EQUIPEMENT DE TEST UTILISÉ: Manomètre Patron
PRECISION 0,01 %
Température d'examen et ajustement : 20 ºC
Nº de certificat: 13943

SPECIFICATIONS DU MANOMETRE

NUMERO DE SÉRIE: 548641358 **DIAMÈTRE:** 100 **MODÈLE:** 616
ECHELLE DE MESURE: 0...10 **UNITÉ:** bar **CLASSE DE PRECISION:** 1,0 %

RÉSULTAT DES MESURES

PRESSION LUE (MANOMETRE TESTE)	UNITÉ	PRESSION SUR FOND D'ËCHELLE		10	bar
		PRESSION RÉELLE DE TEST (PATRON)		% D'ERREUR (SUR FOND D'ECHELLE)	
		EN MONTÉE	EN DESCENTE	EN MONTÉE	EN DESCENTE
0	bar	0	0	0,00%	0,00%
2	bar	1,95	1,95	0,50%	0,50%
4	bar	4,00	4,00	0,00%	0,00%
6	bar	6,00	6,00	0,00%	0,00%
8	bar	8,00	8,00	0,00%	0,00%
10	bar	10,00	10,00	0,00%	0,00%

PATRON UTILISÉ:
Manomètre Patron MEI Modèle 151IP Nº série B060800076 précision 0,25%

INCERTITUDE:
L'incertitude assignée a été calculée en considérant les contributions des patrons, de la méthode d'étalonnage ainsi que des conditions environnementales, pour un facteur k=2, conformément au Document 19 de la WECC
L'incertitude de ce calibrage est de 30 MBAR valeur absolue,

TRAÇABILITE:
Les patrons utilisés pour l`´etalonnage sont traçables aux patrons nationaux en Espagne à travers l'organisme ENAC C-2391.0046.

Mardi, 16 de Octobre 2016 **Contrôle Qualité**

Alberto Cereijo

MEI Manometría e Instrumentación, s.l.
Pol. Ind. Gelidense 3 , nave 19 08790 Gelida - Barcelona Spain
Tf. +34 937 083 110 Fax. +34 937 083 109 www.mei.es e-mail: info@mei.es